

FICHE AUDIT AMI ITALIA « SAVER ONE »

Société (Collectivité, administration, entreprise...) :

Adresse :

Adresse du défibrillateur si différente :

Emplacement du DAE (hall d'entrée, sous l'escalier B, salle de réunion...) :

Nom du référent :

Adresse email :

Téléphone :

Portable :



Marque et Type :

(Ex : Ami Italia Saver One ou Saver One D ou Saver One P)

Référence : SVO-B0001 SVO-B0847 SVO-B0002 SVO-B0848

Numéro de série du défibrillateur :

(A l'arrière du défibrillateur. Ex : S/N 12SA002031400024)

Votre défibrillateur est opérationnel : Oui / Non
(Led verte et coche présentes)



Date de la mise en service :/...../.....
(Si inconnue, nous transmettre la date d'achat) :

Date de fabrication du DAE:/.....

(A l'arrière du défibrillateur, proche du logo "usine")

Date du dernier changement de la pile de sauvegarde :
(Pile soudée sur la carte électronique dans l'appareil).

Date de péremption et n° lot des électrodes thérapeutiques « adulte »

Date : Lot :

Cochez la référence : SAV-C0846 Autre, précisez :

Date de péremption et n° lot des électrodes « pédiatriques »

Date : Lot :

Référence :

Date du dernier changement de la batterie lithium :

Type de pile :

Numéro de série : SN :

Date de fabrication : (A l'arrière, Type de pile = REF : SAV-C0903 ou SAV-C0010 / Date de fabrication, Proche du logo « Usine » = Ex : 12/2015)

Le défibrillateur est stocké en permanence entre 5°C et 50°C : Oui / Non

(Boîtier non exposé au soleil, ventilant, chauffant et alimenté pour les extérieurs, emplacement chauffé l'hiver pour les intérieurs...)

Cochez l'installation : Extérieur Intérieur

Présence d'un PC Sécurité : Oui / Non Présence d'un accueil : Oui / Non

DAE Accessible 24h/24h et 7j/7j : Oui / Non Si la réponse est « Non » merci de préciser les jours et horaires d'accès au DAE :

Afin d'éviter un rapatriement par défaut, merci de nous envoyer le fichier AED1LOG présent sur la carte mémoire du DAE

Date :

Nom :

Signature Client / Référent :



DAE fabriqué avant 11/2013

DAE fabriqué après 11/2013